
























Simbolu apraksts

TIKAI IN VITRO DIAGNOSTIKAS NOLŪKIEM

Šis ir vispārīgs apzīmējumu saraksts, lai sekmētu to simbolu izpratni, kas var būt lietoti izstrādājuma etiķetēs.

	Satur pietiekamu daudzumu <n> testiem
	In vitro diagnostikas medicīnas ierīce
	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
	Kataloga numurs
	Sērijas numurs
	Izsniegšanai tikai pret recepti
	Unikālais ierīces identifikators
 www.illumina.com/patents	Patenti
	Informācija par drošības datu lapu
	Izcelsmes valsts
	Uzmanību!
	Mitruma līmeņa ierobežojums
	Nelietot atkārtoti
	Izgatavošanas datums
	Temperatūras ierobežojums
	Daļas numurs
	Partijas kods
	Ražotājs
	Derīguma termiņš
	Sargāt no saules gaismas
	Skatīt lietošanas instrukcijas
	Atzīmēšanas rūtiņa, lai apstiprinātu, ka pudelē ir pievienoti 100 ml EtOH
	Eiropas atbilstība



Veselības apdraudējuma simbols — bīstamības simbolu skaidrojumu un pievienoto paziņojumu par bīstamību skatiet komponenta Drošības datu lapā (DDL), kas pieejama lejupielādei vietnē <http://support.illumina.com/sds.html>

Uzliesmojuma bīstamības simbols — bīstamības simbolu skaidrojumu un pievienoto paziņojumu par bīstamību skatiet komponenta Drošības datu lapā (DDL), kas pieejama lejupielādei vietnē <http://support.illumina.com/sds.html>

Bīstamības brīdinājuma simbols — bīstamības simbolu skaidrojumu un pievienoto paziņojumu par bīstamību skatiet komponenta Drošības datu lapā (DDL), kas pieejama lejupielādei vietnē <http://support.illumina.com/sds.html>

Oksidēšanās bīstamības simbols — bīstamības simbolu skaidrojumu un pievienoto paziņojumu par bīstamību skatiet komponenta Drošības datu lapā (DDL), kas pieejama lejupielādei vietnē <http://support.illumina.com/sds.html>

Korozijas bīstamības simbols — bīstamības simbolu skaidrojumu un pievienoto paziņojumu par bīstamību skatiet komponenta Drošības datu lapā (DDL), kas pieejama lejupielādei vietnē <http://support.illumina.com/sds.html>

Toksiskās bīstamības simbols — bīstamības simbolu skaidrojumu un pievienoto paziņojumu par bīstamību skatiet komponenta Drošības datu lapā (DDL), kas pieejama lejupielādei vietnē <http://support.illumina.com/sds.html>

Trausls, rīkoties, ievērojot piesardzību

Glabāt sausā vietā



Glabāt sasaldētā veidā


Autortiesības un preču zīmes

© 2021 Illumina, Inc. Visas tiesības paturētas. Visas preču zīmes ir Illumina, Inc. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Konkrētu informāciju par preču zīmēm skatiet vietnē www.illumina.com/company/legal.html.

Kontaktinformācija



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122,
ASV
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (ārpus
Ziemeļamerikas)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B. V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
Nīderlande

Austrālijas sponsors
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association
Building
Level 3, 535 Elizabeth
Street
Melbourne, VIC 3000
Austrālija